

PliaFX[®] Prime

Fibras desmineralizadas moldeables

Manipulación optimizada Desempeño excepcional.



¿Qué es PliaFX Prime?


PliaFX Prime está elaborado al 100 % con fibras óseas desmineralizadas para favorecer la formación y curación ósea. Las fibras se entrelazan y permiten que el injerto se pueda moldear con la rehidratación sin utilizar un portador.¹



¿Cuál es la ventaja de PliaFX Prime?

El 100 % del hueso produce más hueso que los DBM que contienen un portador, como se cita en la bibliografía.^{2,3}

Las masillas de las matrices óseas desmineralizadas (DBM) de primera generación contienen un portador, como el glicerol, únicamente para mejorar las características de manipulación del injerto. La proporción de contenido de hueso en las masillas de DBM de primera generación puede ser tan baja como el 17% en peso.⁴ La tecnología de fibra moldeable de LifeNet Health elimina la necesidad de un portador, lo que supone un 100 % de hueso.



Alkaline phosphatase (ALP) is a marker of the early stages of new bone formation

¿Qué hace que PliaFX Prime sea versátil?

PliaFX Prime se utiliza principalmente como injerto independiente y puede utilizarse en combinación con otros biomateriales como autoinjertos, aloinjertos o fluidos a elección del cirujano. Las fibras mecanizadas de precisión están diseñadas para encajar con estos biomateriales y mejorar sus características de manipulación.⁵



Autoinjerto simulado



Autoinjerto simulado mezclado con PliaFX Prime



PliaFX® Prime

Almacenamiento a temperatura ambiente*

Código de pedido	Volumen	Vida útil
BL-1800-00	0.5 cc	4 años
BL-1800-01	1.0 cc	4 años
BL-1800-02	2.5 cc	5 años
BL-1800-05	5.0 cc	5 años
BL-1800-10	10.0 cc	5 años

* Aunque la temperatura ambiente no ha sido definida por los organismos reguladores, LifeNet Health recomienda una temperatura de almacenamiento de 2°C a 37°C con desviaciones de menos de 24 horas hasta 40°C. Si se produce una desviación fuera de este rango, póngase en contacto con LifeNet Health.

Bibliografía

1. Datos de los archivos de LifeNet Health ES-17-090
2. Datos de los archivos de LifeNet Health TR-0446
3. Boyan BD, Ranly DM, McMillan J, et al. Osteoinductive Ability of Human Allograft Formulations. J Periodontol. Septiembre de 2006.
4. Kay JF, Vaughan LM. Proportional osteoinduction of demineralized bone matrix graft materials. Febrero de 2004: AW-0204.1.
5. Datos de los archivos de LifeNet Health ES-16-085

LifeNetHealth.org

LifeNet Health, el logotipo de LifeNet Health y PliaFX son marcas registradas de LifeNet Health.

©2022 LifeNet Health, Virginia Beach, Virginia. Todos los derechos reservados.
68-40-365-01-ES.00

Las pruebas de banco/laboratorio pueden no ser indicativas de los resultados clínicos.

